


● 静荷重検査成績書 ●

社名 住所	株式会社安芸砂利 安芸生コン工場 三重県津市安濃町戸島2510番地 (〒514-2322)									検査日 令和4年 10月 6日						株式会社 中央技術セン 計量士 鬼丸 忠						 検閲番号 第10982号					
名称	砂利 1,2			砂利 3,4			砂			セメント			水			混和剤 1			混和剤 2								
表示	SB2572-1(4級)			SB2572-2(4級)			SB2572-3(4級)			SB2572-4(4級)			SB2572-5(4級)			SB2572-6(4級)			SB2572-7(4級)								
容量	2000-2kg			2000-2kg			2000-2kg			800-1kg			400-0.5kg			15-0.02kg			8-0.01kg								
感度	良			良			良			良			良			良			良								
往復	荷重	往	復	荷重	往	復	荷重	往	復	荷重	往	復	荷重	往	復	原器	往	復	原器	往	復	原器	往	復	原器	往	復
計 量 器 の 読 み (kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	200	0	0	200	0	0	200	0	0	80	0	0	40	0	0	1	0	0	1	0	0						
	400	0	0	400	0	0	400	0	0	160	0	0	80	0	0	2	0	0	2	0	0						
	600	0	0	600	0	0	600	0	0	240	0	0	120	0	0	3	0	0	3	0	0						
	800	0	0	800	0	0	800	0	0	320	0	0	160	0	0	4	0	0	4	0	0						
	1000	0	0	1000	0	0	1000	0	0	400	0	0	200	0	0	5	0	0	5	-0.01	0						
	1200	0	0	1200	0	0	1200	0	0	480	0	0	240	0	0	6	0	0	6	0	-0.01						
	1400	0	0	1400	0	0	1400	0	0	560	0	+1	280	0	0	7	0	0	7	-0.01	0						
	1600	0	0	1600	0	0	1600	0	0	640	+1	0	320	0	0	8	0	0	8	-0.01	*						
	1800	0	0	1800	0	0	1800	0	0	720	+1	+1	360	0	0	9	0	0									
	2000	0	*	2000	0	*	2000	0	*	800	+1	*	400	0	*	10	0	0									
																11	0	0									
																12	-0.02	0									
																13	0	-0.02									
																14	-0.02	-0.02									
															15	-0.02	*										
判定	合格			合格			合格			合格			合格			合格			合格								

合否判定基準： 使用公差以内    ロードセル校正証明書番号： 53-2140492    器物番号： No. YK5260004, YK5260005    有効期限： 令和5年 4月末日






# 計量士登録証

平成9年9月11日

通商産業大臣 佐藤 信



下記につき、計量法第122条第1項により、計量士の登録をしたことを証します。

- 1 計量士の区分 一般計量士
- 2 登録の年月日 平成9年9月11日
- 3 登録番号 第10982号
- 4 氏名 鬼丸 忠士
- 5 生年月日 昭和42年11月23日